【松下記念病院／ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ健康管理センター・臨床検査 基準値一覧表 1】

2025年4月1日現在

（1）尿・便 検査

項目		単位	基準値	方法	装置
尿定性試験	Ｐ Ｈ		4.5～8.0	試験紙法	ｱｰｸﾚｲ ｵｰｼｮﾝ 4061
	蛋 白		－		
	糖		－		
	ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ		±		
	潜 血		－		
	ｹﾄﾝ体		－		
	ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ		－		
	比 重		1.010～1.025	屈折法	
	白血球		－	試験紙法	
	亜硝酸塩		－		
一時尿 沈渣			（－）	電気抵抗変動法	UF-5000
尿 蛋白		mg/dL	≦10	ﾋﾟﾛｶﾞﾛｰﾙﾚｯﾄﾞ法	日立 Labospect
		g/day	≦0.15		
尿 糖		mg/dL	≦20	HK法	
		g/day	≦0.09		
尿 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ		μg/mL	≦35.0	免疫比濁法	
		mg/g･cre	≦23.5		
尿 ＮＡＧ		U/L	≦13.5	MTP-NAGﾚｰﾄ法	
		U/g･cre	≦10.0		
尿 β2ＭＧ		μg/g･cre	≦250	ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法	
尿 Ｎａ		mmol/day	130～260	ISE法	
尿 Ｋ		mmol/day	20～40		
尿 ＣＩ		mmol/day	84～193		
尿 Ｃａ		g/day	0.05～0.30	ｱﾙｾﾅｿﾞⅢ法	
尿 ｉＰ		g/day	0.50～2.00	酵素法	
尿 ｸﾚｱﾁﾆﾝ		g/day	1.0～1.5		
尿 尿酸		g/day	0.4～1.2	ｳﾘｶｰｾﾞPOD法	
ｸﾚｱﾁﾆﾝ ｸﾘｱﾗﾝｽ	2時間法	mL/min	75≦	酵素法	
	24時間法	L/day	108≦		
便潜血免疫法	定性		インセイ	ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法	OCｾﾝｻｰ PLEDIA
	定量	μg/mL	≦149		
便虫卵			インセイ	ｾﾛﾌｧﾝ厚層塗沫：加藤法	用手法

（2）感染症

項目	単位	基準値	方法	装置
ＲＰＲ定性		インセイ	ﾗﾃｯｸｽ比濁法	日立Labospect
TPLA(TPHA)		インセイ	CLIA	ABBOTT Alinity i
ＨＢｓ抗原	IU/mL	＜0.05		
ＨＢｓ抗体	mIU/mL	＜10		
ＨＢｅ抗原	S/CO	＜1.0		
ＨＢｅ抗体	inhibition %	＜50		
ＨＢｃ抗体	S/CO	＜1.00		
ＨＡ抗体（IgG）	S/CO	＜1.0		
ＨＡ抗体（IgM）	S/CO	＜0.8		
ＨＩＶｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		インセイ		
ＨＣＶ抗体	S/CO	＜1.0		
寒冷凝集	倍	＜64	HA	用 手 法
βＤｸﾞﾙｶﾝ	pg/mL	≦11.0	比色法	和光ﾄｷｼﾉﾒｰﾀ

（3）免疫化学検査

項目	単位	基準値 男性 ／ 女性	病態外変動要因	方法	装置
総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	mg/dL	*0.4～1.5	強い光↓	ﾊﾞﾅｼﾞﾝ酸法	日立 Labospect
直接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	mg/dL	≦0.3	強い光↓		
ＡＳＴ(GOT)	U/L	*13～30	溶血↑	JSCC標準化法	
ＡＬＴ(GPT)	U/L	*10～42 / 7～23			
ＬＤ-IFCC	U/L	*124～222	溶血↑	IFCC標準化法	
ＡＬＰ-IFCC	U/L	*38～113	小児↑		
ＬＡＰ	U/L	≦100 / ≦80	妊娠↑	L-Leu-pNA基質法	
ＧＧＴ（γ-GTP）	U/L	*13～64 / 9～32	飲酒習慣↑	JSCC標準化法	
ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ	U/L	*240～486/ 201～421	有機燐剤↓		
総蛋白	g/dL	*6.6～8.1	安静↓	ﾋﾞｳﾚｯﾄ法	
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	g/dL	*4.1～5.1	安静↓	BCP改良法	
ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐﾝ	mg/dL	22～40		免疫比濁法	
ＩｇＧ	mg/dL	*861～1747			
ＩｇＡ	mg/dL	*93～393			
ＩｇＭ	mg/dL	*33～183/ 50～269			
Ｎａ	mmol/L	*138～145		ISE法	
Ｋ	mmol/L	*3.6～4.8	溶血↑		
ＣＩ	mmol/L	*101～108			
Ｃａ	mg/dL	*8.8～10.1		ｱﾙｾﾅｿﾞⅢ法	
ｉＰ	mg/dL	*2.7～4.6	飽食↓	酵素法	
Ｍｇ	mg/dL	1.8～2.4			
ＵＮ(BUN)	mg/dL	*8～20		ｳﾚｱｰｾﾞLEDH法	
ｸﾚｱﾁﾆﾝ	mg/dL	*0.65～1.07 / 0.46～0.79		酵素法	
尿 酸	mg/dL	*3.7～7.8 / 2.6～5.5		ｳﾘｶｰｾﾞPOD法	
血中β2ＭＧ	mg/L	0.8～2.4		ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法	
ＣＲＰ	mg/dL	*0.00～0.14		ﾗﾃｯｸｽ凝集法	
赤沈 1時間値	mm	0～10 / 0～15		レート法	常光ﾓﾆﾀｰS
ﾌﾟﾛｶﾙｼﾄﾆﾝ	ng/mL	＜0.5		ECLIA	ﾛｼｭ cobas 8000
IL-6	pg/mL	≦7.0			
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	mg/dL	*142～248		CｵｷｼﾀﾞｰｾﾞPOD法	日立 Labospect
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	mg/dL	*38～90/ 48～103		直接酵素法	
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	mg/dL	*65～163			
ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ	mg/dL	*40～234/ 30～117	飽食↑	LPL･G3P･POD法	
ＣＫ(CPK)	U/L	*59～248/ 41～153	運動↑	JSCC標準化法	
CK-MB(CPK-MB)	U/L	≦27		免疫阻害法	
CK-MB/T-CK	%	≦6.0		計 算	
高感度ﾄﾛﾎﾟﾆﾝT	ng/mL	≦0.014	溶血↓	ECLIA	ﾛｼｭ cobas 8000
NT-proBNP	pg/mL	≦55			
ＢＮＰ	pg/mL	≦18.4	溶血↓	CLIA	Alinity i
ｱﾝﾓﾆｱ	μg/dL	≦65	採血後放置↑	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ	DRI-CHEM
ＩＣＧ（15分値）	%	≦10		比色法	用 手 法

データの前にでるマークの内容

¥	再検済	＃	参考値
&	追加検査	Ｎ	新測定法に変更
Ｂ	溶血のため	＜	以下
Ｃ	乳びのため	＞	以上
Ｍ	M蛋白が認め	$	この項目についてのコメントを付記している

*共用基準範囲採用項目

臨床検査技術室